

北华大学附属医院全自动血液分析流水线

采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：采购计划-[2025]-04660号-2025ZHYX804016

原公告的采购项目名称：北华大学附属医院全自动血液分析流水线采购项目

首次公告日期：2025年06月04日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第四部分 采购需求和技术要求-- (一)全自动血液分析仪技术参数要	13. 检测线性范围（静脉血）要求： $0 \leq$ 白细胞 $<50 \times 10^9/L$, $0 \leq$ 红细胞 <8.6	13. 检测线性范围（静脉血）要求： $0 \leq$ 白细胞 $<50 \times 10^9/L$, $0 \leq$ 红细胞 <8.6

	求。---第 13 项	*10 ¹² /L, 0 ≤ 血小板<5000 * 10 ⁹ /L。	*10 ¹² /L, 0 ≤ 血小板<5000 * 10 ⁹ /L。
--	----------------	--	--

更正日期：2025 年 06 月 09 日

三、其他补充事宜

其他内容不变。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北华大学附属医院

地 址：吉林市解放中路 12 号

联系方式：0432-62166177

2. 采购代理机构信息

名 称：中恒一信项目管理咨询有限公司

地 址：吉林市船营区雾凇西路百业五金汽配城 A30 栋 1
9 号

联系方式：0432-62775577

3. 项目联系方式

项目联系人：胡杨

电 话：0432-62775577

北华大学附属医院招标采购管理中心

2025 年 6 月 9 日