

北华大学附属医院小型设备采购项目询价公告（第二次）

医学装备部询字[2025]XJ—0023 号

为充分了解我院所需医疗设备的目前市场行情及相关性能，并增加相关医疗设备采购的透明度，本着“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则，现面向社会各潜在供应商进行医疗设备询价，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、供应商资格要求

（一）申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》之规定，持有有效的、符合项目需要的营业执照等，营业执照符合本项目的经营范围；

（二）所推荐一、二、三类医疗器械产品：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、登记表（新证不需登记表）、医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证及医疗器械生产备案凭证；

（三）对在“中国执行信息公开网”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与此次询价；

（四）能提供以下相关资料复印件并加盖公司公章：①生产商营业执照/医疗器械生产许可证、供应商营业执照/医疗器械经营许可证、非法定代表人参与询价的需提供法定代表人身份证及委托人授权书和委托人身份证等相关证件②医疗器械注册证及其附件页③产品注册或生产/质控的检验报告④产品技术参数及配置清单/说明书/产品彩页。

二、供货和保修要求

- 1、供货期不超过 30 个工作日，整机质保不少于 3 年；
- 2、在签订合同书时，需按要求提供相关资质材料。

三、响应文件须有下列资料

- 1、报价单（密封）；
- 2、第一条第四项要求的相关资料；
- 3、提供售后服务说明及保修承诺；
- 4、响应方认为有必要提供的资料；
- 5、提供公司法人“中国执行信息公开网”信息查询结果及公司“国家企业信息公示系统”经营状态信息查询

结果并加盖公章。

四、预审及会议

- 1、医院收到各供应商的响应文件，进行预审；
- 2、从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商；
- 3、组织相关人员择期召开询价会，现场公布报价单，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

五、报价要求

- 1、参加响应的供应商应本着最大的诚意一次报出不得更改的价格；
- 2、设备若需使用耗材，注明耗材名称、规格型号、生产企业及价格。

六、响应文件递交时间及递交方式

报名时间：自本公告发布之日起五个工作日

递交方式：

网上报名：响应文件发送至 bhyxzb2025@163.com

咨询电话：邱老师 15948468999

要求详见附件

医学装备部

附件 1

采购项目明细

序号	设备名称	需求数量	单位	预算单价（万元）	总计（万元）
1	心电图机	2	台	2.2	4.4
2	SW11 医用光学放大镜 (伍德灯)	1	台	1	1

拟采设备的主配置要求：

- 1、心电图机配置要求：3 通道 12 导联+长 II 导 1 分钟心率测定；报告解读
- 2、用于检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断以及疗效判断，确定黄褐斑分型等；检测皮肤感染，指导临床早期诊断红癣感染辅助诊断毛发真菌感染及花斑癣等；检测卟啉代谢异常性疾病。

附件 2

报价单

序号	设备名称	规格型号	生产企业	数量	单价	合计	质保期	供货时间

法人代表签字：

业务联系人姓名：

联系电话：

注：

- 1、合计金额包含运费、税票；
- 2、运输方式：供方负责运输到需方指定地点。