

北华大学附属医院设备维修项目第 16-3 次询价公告

询字[2025]WX016-3 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，并提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起 5 个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：吉林市船营区河南街 95 号。

义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2025]WX016。

*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	治疗车	车轮 治疗车无法推行	2 个
2	网线面板	面板 监护仪链接壁网络面板损坏	1 个
3	耳鼻喉综合治疗仪 型号: NQW760041 厂家: 南京桥伟	启动电容 吸引部分无法启动	1 个
4	裂隙灯显微镜 型号: S350c 厂家: 上海美沃	卤素灯泡 灯丝烧断	4 个
5	眼科 AB 超 品牌: SW-2100 厂家: 天津迈达	探头维修 探头漏油	1 次
6	眼科 AB 超 品牌: SW-2100 厂家: 天津迈达	探头维修 探头漏油	1 次
7	牙椅 型号: 4100 厂家: 珠海西格	维修 漏水	1 次

8	空气波压力循环治疗仪 型号：IPC-60000B 厂家：吉林省日成	维修 原有配件无法使用	1 次
9	CPM	手柄维修 手柄损坏	1 次
10	平车	车轮 车轮内外胎破损	2 个
11	裂隙灯 型号：BQ900 厂家：金大利	灯泡 灯泡不亮冒烟	2 个
12	麻醉机 型号：7800A 型号：谊安	氧气表 氧气表无法读取	1 个
13	空气波压力循环治疗仪 型号：IPC-6000B 厂家：吉林省日成	双下肢重启气囊及包装 气囊拉链鼓开，没有替换配件	1 个
14	病人监护仪 型号：IMEC10 厂家：迈瑞	网络控制板 网口损坏	1 个
15	准分子激光手术系统 型号：EX500 厂家：爱尔康	准分子能量测试片 测试标准使用	24 片

16	动态心电 型号：INSTRLIMEN TS 厂家：深圳博英	导联线 损坏	2 条
17	动态心电 型号：BI9800TL 厂家：深圳博英	导联线 损坏	2 条
18	双荧光导航腹腔镜系统 型号：1688-010-000 厂家：史赛克	宫腔镜手件维修 宫腔镜手件故障损坏	1 次
19	高清关节镜系统 型号：560 厂家：施乐辉	关节镜镜头维修 关节镜镜头故障损坏	1 次
20	全自动生化分析仪 型号：AU5800 厂家：贝克曼	离子管路 老化	1 个
21		蠕动泵管 老化	1 个
22		冷却液 缺失	1 瓶
23	双荧光导航腹腔镜系统 型号：1688-010-000 厂家：史赛克	妇科电切镜 电切镜故障	2 个

24	体外冲击波疼痛治疗系统 型号：MP100 厂家：史托斯	修正套件 套件到达使用限制	1 套
25	飞利浦血管造影机 型号：FD20 厂家：美国	IPPC 电源模块 电源损坏，内存条烧坏	1 套
26	美国 MEDRAD 高压注射器 型号：MARK5 厂家：美国	高压注射器注射器套筒 老化、爆裂不能修复	2 个
27	飞利浦血管造影机 型号：FD20 厂家：美国	光缆及光电收发器 不定时黑屏、信号不稳定	1 套
28	内窥镜摄像系统 品牌：SD-HD668 厂家：沈大	经皮肾镜 原有损坏	1 条
29	洗消设备	水管、水枪 原有水枪故障、水管漏水	1 套
30	动态心电记录器 型号：BI9800 厂家：深圳博英	动态心电 无波形	2 个

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

- 注：1. 合计金额包含运费、税票。
2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0016 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日
(盖章)