

北华大学附属医院设备维修项目第 19-1 次询价公告

询字[2025]WX019-1 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需要提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起 5 个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：吉林市船营区河南街 95 号。

义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2025]WX019。

*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	动态心电 型号：bi9800 厂家：深圳英博	动态心电 硬盘损坏、系统重做	1
2	医用控温仪 型号：BHC-1 厂家：威海市博华	温控器 控温器故障	1
3	眼科 AB 型超声诊断仪 型号：ODM-2200 厂家：天津迈达	A 超探头 正常使用损坏	2
4	移动型数字 X 射线直接成像 型号：WV3000 厂家：德润特	束光器灯泡 无法曝光	1
5	心肺功能测试 型号：Ruichao-STBD 厂家：浙江科洛蒙	混合气体 日常损耗	1

6	医用磁共振成像系统 型号：Ingenia3.0T 厂家：飞利浦	核磁空调机组维修 2号机组温度异常	1
7	内镜虚拟训练系统 型号：GI-Bronch Mentor 厂家：北京贝德思达	主板 主机线路问题	1
8	子宫货梯取样钳 型号：F10080 厂家：上海金钟	子宫活体取样钳 消耗	5
9	彩超 型号：ACUSON2000 厂家：西门子	彩超探头 C41 探头凸起看不清	1
10	视频脑电图机 型号：580 厂家：bio-logic	视频采集卡 开机无法传输患者视频	1
11	GE 血管造影机 型号：Innova-3100 厂家：GE	探测器电源	1

12	多层螺旋 CT 型号：FLASH 厂家：西门子	心电导联线	2
13	128 层螺旋 CT 型号：Defnition AS 厂家：西门子	探测器模块 图像伪影	1
14	单光电子发射断层扫描 型号：NM/CT670 厂家：GE	MCB 板 故障	1
15	医用核磁共振成像系统 型号：UMR790 厂家：联影	二次水冷机维修	1
16	数字化医用 X 射线 型号：UDR780i 厂家：联影	长骨拼接功能	1

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

注：1. 合计金额包含运费、税票。

2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0019 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日

(盖章)