

北华大学附属医院设备维修项目第 20-1 次询价公告

询字[2025]WX020-1 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需要提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起 5 个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：吉林市船营区河南街 95 号。

义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2025]WX020。

*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	高级五体位床维修	体位床维修	1
2	贝克曼生化分析仪	光源灯泡	1
3	宫腔镜冷刀系统 型号：HS-L-01 厂家：英姿医疗	宫腔镜维修 老化损坏	1
4	监护仪 型号：T5 厂家：迈瑞	监护仪维修 模块故障	1
5	监护仪 型号：T5 厂家：迈瑞	监护维修 模块故障	1

6	牙科综合治疗机 型号：u100 厂家：珠海西格	慢机 磨损	2
7	多层螺旋 CT 型号：FLASH 厂家：西门子	心电导联线 不灵敏	2
8	无影灯 型号：OL9570-50 厂家：谊安	无影灯维修 长期使用老化	4
9	便携式彩色超声诊断系统	设备与探头不识别	1
10	128 层螺旋 CT 型号：128AS 厂家：西门子	DC-Link	1
11	磁共振成像系统 型号：UMR790 厂家：上海联影	二次水冷风扇 故障	1

12	128 层螺旋 CT 型号：DEFINITION AS 厂家：西门子	逆变器 逆变器插头打火	2
13	数字化血管造影系统 型号：INNOVA3100-IQ 厂家：GE	控制器电源	1
14	监护仪 型号：T5 厂家：迈瑞	监护维修 报警无声音	1
15	医用磁共振成像系统 型号：INGENIA3.0T 厂家：飞利浦	外机清理 温度异常	1
16	病人监护仪 型号：IMEC10 厂家：迈瑞	病人监护仪维修 电源排查故障	1
17	电子消化道内窥镜 型号：EG-590WR 厂家：富士	胃肠镜水汽按钮 老化损坏	7

18	电子胃镜 型号：GIF-HQ290 厂家：奥林巴斯	电子胃镜维修 老化	1
19	该五体位床 型号： / 厂家：天津旭华	控制器维修 无法调整体位	1
20	医用电动锯钻 型号：BJZ-I 型 厂家：上海博进	电动骨钻电池 老化	10
21	自动气压止血仪 型号：ATS-2000 厂家：杭州记浩	气压止血带袖带 老化	10
22	电池动力系统 型号：GA670 厂家：蛇牌	取皮刀电池维修 老化	1
23	过氧化氢低温等离子体灭菌器 型号：CASP-120 厂家：中国	过氧化氢低温等离子维保	1 年

24	乳管镜 型号：FVS-6000MI 厂家：北京博莱德	乳管镜维修 损坏	1
25	导致荧光显微镜 型号：CKX-41 厂家：奥林巴斯	光源灯泡 老化	2
26	全自动血液体液分析仪 型号：XN-550 厂家：日本希森美康	穿刺针 老化损坏	1
27	超声内镜处理器 型号：SP-702 厂家：富士	驱动电机 处理器使用中无图像	1
28	膀胱镜 型号：SD-HD668 厂家：沈阳沈大	冷光源 老化	1
29	手机	手机 不出水	5

30	彩色超声诊断系统 型号：Acuson 2000 厂家：西门子	彩超 开屏无信号	1
31	动态心电 型号：BI9800TL 厂家：博英	动态心电导联线 损耗	2
32	牙科综合椅 型号：4100 厂家：西诺	牙椅维修 电磁阀故障漏水	1

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

注：1. 合计金额包含运费、税票。

2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0020 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日

(盖章)