

北华大学附属医院全院医疗设备维保服务项目

市场调研公告

医院定于近期对全院医疗设备维保服务项目进行技术论证及市场价格调研，欢迎符合资格条件的供应商报名参加。

一、项目名称

全院医疗设备维保服务项目技术论证及市场调研。

二、报名时间

自本公告发布之日起 5 个工作日内。

三、资格要求

- 1、报名供应商必须是中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，依法取得营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或者“三证合一”复印件）。
- 2、依法取得《医疗器械经营许可证》或者符合医疗设备维修资质的相关证明材料。
- 3、服务记录（近三年内同类维保服务两项以上业绩证明，如发票、合同、中标通知书等；可提供全院医疗设备维保相关业绩，亦可提供单项医疗设备维修相关业绩）。
- 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次项目（提供承诺函）。
- 5、提供报名公司对经办人授权委托书。

四、报名方式

只接受上期公告报名的供应商进行报价。

电子邮箱（bhyxzb2025@163. com）、快递邮寄、现场报名。

五、论证要求

本项目不接受联合体报名。

- 1、项目报价（提供一年期的报价）。
- 2、维保服务响应调查表（参考附件 1）。

六、注意事项

1、提供的证明文件和用户清单必须是真实的，若经核实有虚假材料，该公司两年内不得参与我院所有采购项目的资格。

2、项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

3、如有报名后不参加，并且没有提前告知的（项目论证开始前1天以上），将列入本院不守信誉名单，两年内不得参加本院的采购活动。

4、报名人应严格遵守廉洁纪律，否则取消报名资格并列入院方供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

七、联系方式

联系人：刘老师

联系电话：18043227878

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

维保服务响应调查表

注意：响应情况分为两种，“不响应”、“响应”，请报名公司根据实际情况填写。若填写的是“响应”请打○，“不响应”请打×，其他情况可说明。

序号	服务条款	响应情况	说明
1	整体要求		
1. 1	合作期间，安排 3 名以上驻点工程师		
1. 2	合同期内，免费维护保修全部已买保外的医疗设备器械（包含数字图像软件、硬件系统），免费更换问题零配件。		
1. 3	保证更换零配件为：1. 原厂备件□；2. 全新备件□。（全选或单选）		
1. 4	故障时快速恢复产品运行，并保证更换后机器的性能指标与故障前一致，确保更换后设备正常运行。		
1. 5	零配件采购渠道必须符合国家相关法律法规，提供备件进货手续等证明文件。		
1. 6	服务方是否设有零备件仓库，是□；否□； 具有零备件仓库____家。最近的零备件仓库在____市。		
2	开机率		
2. 1	1、服务方保证设备完好率：在合同期内保证急救类和生命支持类医疗设备 \geq ____%的完好率（完好待机状态占比） \geq ____%。如果设备完好率由于供应商的原因未能达到，对于完好率低于____%的每延误一天，合同服务期限相应无偿的延长____个日历日。		
3	其他服务		
3. 1	应用本院现有医疗设备信息化管理系统（或免费提供医疗设备信息化管理系统），实现医疗设备信息化管理，协助完成医疗设备维修、巡检、清点等工作的信息化		
3. 2	协助完成新设备安装调试工作		
3. 3	完成各类医疗设备的定期巡检保养工作		
3. 4	完成特种设备表、阀定期更换工作		

3. 5	完成各类水机耗材定期更换工作		
3. 6	协助完成医疗设备调配工作		
3. 7	协助完成医疗设备报废工作		
3. 8	协助完成不良事件上报工作		
3. 9	协助完成特种设备、放射设备安全演练、培训工作		
3. 10	协调其他合同保内设备的维修工作		
3. 11	保修期内为甲方提供为维保设备保养的书面记录及具体保养时间。		
3. 12	可靠的配置文档备份与恢复服务，建立完整的维修档案		
3. 13	系统升级：在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本，服务方免费为医院升级。		
3. 14	协助设备科完成其他相关工作		
4	质量保证		
4. 1	按照保养计划进行检测，更换损耗部件，按照厂家标准进行设备调校，确认各项技术指标及性能并记录设备状况以保证设备处于最佳运行状态，保证该设备能通过相关年度专业检测。		
4. 2	当设备质量控制检测不符合要求时，是否负责调试至符合要求状态，是 <input type="checkbox"/> ；否 <input type="checkbox"/> ； 承诺自告知之日起____天内完成。		
5	知识产权		
5. 1	服务方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由成交供应商承担。		
5. 2	项目实施过程中至服务方正式向甲方交付技术文档资料时止，服务方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于服务方过错导致的上述资料泄密的，服务方必须承担一切责任。		

6	技术支持		
6.1	服务方有计划免费对甲方的相关人员进行使用培训、售后技术培训，使其掌握有关设备的原理、应变措施及系统操作。免费培训每年≥____次。		
7	保证		
7.1	保证不向我院工作人员提供礼品、回扣等，保证合法经营，不参加不良竞争。		
8	维保设备范围		
8.1	全院医疗设备（其他合同保内设备除外）		
8.2	协调其他合同保内设备维保服务		
9	其它服务承诺（服务方可自行补充）		
...			

附件：全院设备表

序号	名称	数量		序号	名称	数量
1	心电图机	54		32	灌注泵	5
2	监护仪	217		33	手术显微镜	3
3	注射泵	84		34	无影灯	21
4	输液泵	24		35	胃肠镜等软镜含工作站	30
5	生物安全柜	6		36	飞秒激光手术系统	1
6	离心机	39		37	准分子激光手术系统	1
7	温湿度计	11		38	全自动生化分析仪	2
8	医用冰箱	28		39	全自动微生物质谱检测系统	1
9	显微镜	23		40	基因测序仪	1
10	紫外辐射照度计	1		41	钬激光	1
11	X、 γ 剂量率报警仪	8		42	全自动血液分析仪流水线	1
12	除颤仪	23		43	口腔全景	1
13	MR	2		44	胃肠动力仪	1
14	高频电刀	18		45	全自动病毒载量检测系统	1
15	彩超	27		46	无创肝纤维化监测系统超声诊断仪	1
16	CT	4		47	流式细胞仪	1
17	血液运输箱	6		48	超声高频外科集成系统	1
18	直线加速	1		49	体外冲击	1

	器				波疼痛治疗系统	
19	DSA	2		50	全自动细菌鉴定系统	1
20	PET-CT	1		51	超声刀	14
21	DR	2		52	手术床	16
22	移动 DR	3		53	视觉质量分析仪	1
23	胰岛素泵	24		54	眼科光学生物测量仪	1
24	呼吸机	17		55	全自动化学发光免疫分析仪	1
25	麻醉机	17		56	全自动尿有形成分分析仪	1
26	灭菌器	11		57	全自动荧光 PCR 分析仪	7
27	电子天平	2		58	脑外科手术动力系统	1
28	医用冰箱	101		59	教学模拟人模拟器	70
29	酶标仪	2		60	100-10 万之间设备	156
30	恒温箱	23		61	10 万以下设备	422
31	水浴箱	5				