

北华大学附属医院设备维修项目第 2-1 次询价公告

询字[2026]WX02-1 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起5个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2026]WX02。

*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	医用电动锯钻 型号: BJZ-I 型 厂家: 上海博进	脑钻维修 开关损坏	1
2	手术床 型号: JT-2A 厂家: 上海医疗器械厂	手术床遥控器维修 损坏	1
3	电动吸引器 型号: NJS-001 厂家: 国产	吸引器维修 故障	2
4	电动吸引器 型号: NJS-001 厂家: 国产	脚踏 故障	2
5	空气消毒机 型号: I 型 厂家: 红太阳	紫外线消毒机维修 无法开机	1

6	酶标仪 型号: PHOMO 厂家: 安图	酶标仪维修 开关损坏	1
7	免疫用纯水机 型号: MY-CS01 厂家: 雅培	纯水机维修 上水泵电机故障	1
8	监护仪 型号: MEC-10 厂家: 深圳迈瑞	监护仪控制板维修 网络模块无法连接	3
9	肌电图 型号: Nicolet FDA 厂家: 尼高力	肌电图维修 无波形	1
10	口腔科手机	口腔科手机 手机 水气路无法使用	5
11	呼吸机 型号: Savina300 厂家: 德尔格	呼吸机维修 老化损坏	1

12	<p>呼吸机 型号：E360 厂家：纽邦</p>	<p>氧气吸引器 吸入器损坏</p>	2
13	<p>呼吸机 型号：SV300 厂家：迈瑞</p>	<p>氧传感器 氧电池到达自大使用年限</p>	5
14	<p>皮肤锯 型号：DERMOSCOPY 厂家：德迈康</p>	<p>皮肤镜维修 电缆线断裂</p>	1
15	<p>治疗车 型号：SSZL-002 厂家：国产</p>	<p>治疗车维修 损坏</p>	5
16	<p>输尿管肾镜 型号：QB-1+SDHS668 厂家：铂立</p>	<p>输尿管镜 老化</p>	1
17	<p>等离子双击电切电凝系统 型号：SM10 厂家：珠海司迈</p>	<p>电切镜 损坏</p>	1

18	<p>医用摄像系统 型号：10881 厂家：美国史赛克</p>	<p>内窥镜摄像头维修 损坏</p>	1
19	<p>手术器械 型号：SSQX-01 厂家：国产</p>	<p>宫腔异物钳</p>	2
20		<p>泌尿取石钳</p>	2
21		<p>异物剪</p>	6
22	<p>全自动血液体液分析仪 型号：XN-550 厂家：日本希森美康</p>	<p>电磁阀</p>	1
23		<p>隔膜泵</p>	1

24		空气泵组件	1
25	全自动生化分析仪 型号：Au5800 厂家：美国贝克曼	光源灯泡 老化	2
26	医用离心机 型号：BY-600A 厂家：北京白洋	离心机电控锁 故障	2
27		纯水机电源控制器 电源报警	1
28	全自动糖化血红蛋白分析仪 型号：HA-8180 厂家：日本爱科莱	层析柱 达到最大使用次限	1
29	全自动凝血分析仪 型号：Acl TOP 500CTS 厂家：美国沃芬	穿刺针组件 老化	1

30	<p>医用离心机 型号：BY-600A 厂家：北京白洋</p>	<p>离心机维修 损坏</p>	1
31	<p>轮椅</p>	<p>轮椅 车轮漏气</p>	2
32	<p>轮椅</p>	<p>维修 老化松动</p>	6
33	<p>观片灯</p>	<p>维修 损坏</p>	1
34	<p>DR 型号：CALNEO 厂家：富士</p>	<p>固态继电器 光栅定位灯不亮</p>	1
35	<p>平车 型号：jz-pc-001 厂家：国产</p>	<p>车轮 损坏</p>	1

36	微波治疗仪 型号：MTC-3 厂家：南京维京九州	脚踏 损坏	3
37	仪器车 型号：NK-YQ01 厂家：国产	车轮 损坏	4
38	治疗车 型号：SS-ZL001 厂家：国产	车轮 损坏	8
39	抢救车 型号：MZ-QJ-001 厂家：国产	车轮 损坏	8
40	手术床 型号：DH-10G 厂家：玉林好邦	手柄维修 手术床遥控器无法使用	1
41	医用离心机 型号：BY-600A 厂家：北京白洋	离心机维修 上盖无法关闭，转速异常	1

42	治疗车	车轮 损坏	1
43	医用血管造影 型号: LINIQ FD20 厂家: 飞利浦	管路及弯头 连接设备使用	1
44	荧光显微镜 型号: DX53F 厂家: 宁波永新光学股份有限公司	双通激发模块 (FL-BG) 为增加 FISH 项目	1
45	准分子激光手术系统 型号: EX500 厂家: 爱尔康	准分子能量测试片 测试标准使用	24 片
46	手术器械 型号: SSQX-02 厂家: 国产	笔式持针器	1
47		双关节海绵钳	1

48	<p>钬激光治疗仪 型号：1210-VHP Omnipuise MAX 厂家：美国 Trimedvne</p>	钬激光治疗仪保养	1
49	<p>手术器械 型号：SSQX-03 厂家：国产</p>	<p>双关节海绵钳 原有器械不满足需求</p>	1
50		<p>双关节止血钳 原有器械不满足需求</p>	1
51		<p>双关节淋巴结钳 原有器械不满足需求</p>	1
52	<p>高频电刀 型号：2450 型 厂家：美国康美</p>	<p>双极电凝镊 损坏</p>	3
53	<p>手术器械 型号：ss-ssq001 厂家：国产</p>	<p>喉钳 损坏</p>	4

54	耳鼻喉综合动力系统 型号: NQW760041 厂家: 南京桥伟	耳鼻喉 0° 内窥镜维修 图像异常	1
55	医用电动锯钻 型号: BJZ-I 型 厂家: 上海博进	电动骨钻电池 老化	10
56	自动气压止血仪 型号: ATS-2000 厂家: 杭州记浩	气压止血带袖带 老化	10
57	电池动力系统 型号: GA670 厂家: 蛇牌	取皮刀电池维修 老化	1
58	动态心电图系统 型号: 0822 厂家: 深圳博英	动态心电图机 使用消耗	1
59	动态心电 型号: BI9800TL 厂家: 深圳博英	导联线 损坏	2 条

60	空气消毒机 型号：2KX	紫外线灯管 频次达到更换要求	24
61	全自动纯水机 型号：QS-II 厂家：沈阳惠恩	纯水机滤材 铝材达到最大使用年限	1
62	全自动尿有形成分分析仪 型号：USCANNER(E) 厂家：日本东洋纺	光学单元 校准无法通过	1
63	荧光定量 PCR 监测系统 型号：FQA-96A 厂家：杭州博日	反应分析仪模块 损坏	1
64		波长检测控制板 故障	1
65	导致荧光显微镜 型号：CKX-41 厂家：奥林巴斯	光源灯泡 老化	2

66	病人监护仪 型号：IMEC10 厂家：迈瑞	病人监护仪维修 电源排查故障	1
67	医用磁共振成像系统 型号：INGENIA3.0T 厂家：飞利浦	外机清理 温度异常	1
68	该五体位床 型号：/ 厂家：天津旭华	控制器维修 无法调整体位	1
69	乳管镜 型号：FVS-6000MI 厂家：北京博莱德	乳管镜维修 损坏	1
70	手机	手机 不出水	5
71	动态心电 型号：BI9800TL 厂家：深圳博英	导联线 损坏	3

72	病人监护仪 型号：866066 厂家：飞利浦	病人监护仪维修 血压泵损坏、主板功能模块无法识别	1
----	------------------------------	-----------------------------	---

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

注：1. 合计金额包含运费、税票。

2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。

3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2026]WX002 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日

(盖章)