

北华大学附属医院医疗设备采购项目需求调研公告

调字 [2026] DY—08 号

为保障医疗质量、优化采购决策，现对口腔类医疗设备开展需求调研，欢迎符合条件的供应商参与。

一、供应商资格

1. 符合政府采购法规定，营业执照经营范围匹配；
2. 一 / 二 / 三类医疗器械资质齐全、有效；
3. 未被列入失信、重大税收违法、政府采购严重失信名单；
4. 可参与单项或多项报价。

二、报名材料（加盖公章）

1. 主体资质：生产商 / 供应商证照、法定/委托人授权书及身份证复印件及联系电话、无不良记录声明（承诺近 3 年无政府采购违规行为）；
2. 产品资质：医疗器械注册证及其附件；产品符合国家 / 行业标准的证明文件（如注册证载明参数或检测报告）
3. 技术文件：技术参数、配置清单、技术说明书；
4. 售后方案：≥3 年质保、≤24 小时到场、本地网点、培训计划；
5. 市场与运维：产业政策、市场供给、近 2 年同类历史成交、维保成本、升级服务、备品备件、配套耗材；
6. 报价文件：含税含运费安装费报价单。

三、技术参数响应判定规则

本项目设备需求为**临床核心功能与关键指标**，供应商须按需求逐条响应：

1. 所投产品参数**能够实现、覆盖或优于全部核心功能**，即为**完全响应**；
2. **无法实现核心功能、关键指标低于需求**，视为**不响应**；
3. 未提供参数佐证、笼统描述、缺项均视为**不响应**。

四、报名时间与方式

1. 周期：即日起 5 个工作日；
2. 方式：现场递交 / 邮箱发送（主题：设备名称调研 + 供应商）；
3. 咨询：何老师 15044660736（负责资料接收），邮箱：bhyxzb2025@163.com。

附件 1:《设备技术需求书》

序号	设备名称	数量	单价 (万元)	合计	单位	设备需求
1	监护仪	2	30	60	台/套	要求有必要的监测指标: 心电, 血压, 血氧, 体温, 有创动静脉监测, 呼气末 CO2 监测, 麻醉深度监测
2	麻醉系统 (麻醉机)	2	20	40	台/套	用于实施麻醉, 维持呼吸和监测病人状态。手术中替代自主呼吸, 保障气体交换, 维持生命体征稳定。实时监测呼吸参数, 潮气量、呼吸频率等, 辅助医生了解病人情况。
3	血细胞分离机	1	50	50	台/套	<p>连续流或间断流离心, 全自动运行; 具备自动称重、自动监测、自动调节转速、流量、压力; 具备压力异常、空气监测、管路错误、耗材识别、转速异常、凝血预警等多重报警与保护; 具备操作记录存储、查询、打印、数据追溯功能。</p> <p>可完成治疗剂量单采血小板, 满足临床输注标准; 支持新鲜冰冻血浆制备、治疗性血浆置换; 红细胞采集/去除: 支持红细胞采集、红细胞去除治疗; 外周血干细胞采集: 支持干细胞采集, 满足移植及细胞治疗需求; 可支持白细胞去除、淋巴细胞分离等功能。</p> <p>采用一次性无菌密闭管路, 无交叉污染, 符合院感要求; 具备耗材自动识别功能, 防止错装、误用; 管路装载简便, 自动化程度高, 操作流程标准化; 全程在线监测: 血液压力、流量、液位、温度; 具备空气探测器、气泡拦截、防凝血保护、回输安全控制; 离体血量小, 对患者/献血者安全友好。</p>

附件 2:《报价单》 (供应商必填)

序号	设备名称	规格型号	生产企业	数量	金额 (元)	功能	配置单 (可附件)	技术参数(可附件)	供货期	质保期	联系人及电话

附件 3《市场与运维深度调研表》 (供应商必填)

设备名称	产业发展	市场供给	历史成交	运行维护	升级更新	备品备件	配套耗材
填写说明	政策、技术趋势	产品市场占有率 / 口碑/ 年产能/ 交货周期	1. 近 2 年三级医院同类成交单价 2. 典型用户案例 (医院名称 + 成交时间) 3. 成交配置与本次是否一致	1. 常见故障类型与解决时长 2. 质保期外维保收费标准	1. 软件终身免费升级 / 付费升级 2. 2.硬件兼容旧款 / 可模块化升级 3. 升级上门服务与收费	1. 核心易损件清单 2. 备件单价、备货周期、供货渠道 3. 质保期内外备件价格	1. 必需配套耗材名称 / 型号 2. 年均消耗量、含税单价 3.能否长期供应

备注: 以上内容需真实有效, 附佐证材料 (成交合同截图、维保协议、耗材报价单等) 并加盖公章。

特别提示: 本次市场调研阶段, 潜在供应商所报价格不作为最终采购依据, 调研结果将按医院相关制度处理。