

北华大学附属医院设备维修项目第 10-1 次询价公告

询字[2026]WX10-1 号

根据医院工作需要，我院现对多台设备维修项目进行公开询价。本着公平、公正、公开的原则，现诚邀各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、提供医疗设备维修资质证明（或“相关资质证书”）。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起5个工作日内。

报名方式：网上报名（发送至 bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

网上报名时标注询字[2026]WX10。

*本次询价结果，按我单位相关规定执行：符合要求的，以询价结果作为成交价；超出要求的，仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	全自动糖化血红蛋白分析仪 型号: HA-8180 厂家: 日本爱科莱	层析柱 达到最大使用次限	1
2	恒温培养箱 型号: MINI MIRI HUMIDITY 厂家: 艺斯高医疗有限公司 (立陶宛)	在线过滤器 最大使用时限	8
3	荧光显微镜 型号: DX53F 厂家: 宁波永新光学股份有限公司	双通激发模块 (FL-BG) 为增加 FISH 项目	1
4	自动气压止血仪 型号: ATS-2000 厂家: 杭州记浩	气压止血仪袖带 损坏	10
5	医用磁共振成像系统 型号: Ingenia3.0T 厂家: 飞利浦	肩关节线圈 有伪影	1
6	裂隙灯 型号: LS-4 厂家: 上邦	卤素灯泡 损耗需更换	5
7	心电图机 型号: ECG2350 厂家: 上海光电	心电图机 锂电池失效	1

8	肌电图诱发电位仪 型号: Nicolex EDX 厂家: 德力凯	地线 损坏	1
9	动态心电图工作站 型号: BI9800 厂家: 深圳博英	动态心电图工作站记录仪 不能正常读取数据	2
10	紫外线准分子光疗仪 型号: ML-7085 厂家: 武汉奇致	紫外线准分子光疗仪手握 无法使用	1
11	膀胱镜 型号: SD-HD668 厂家: 沈阳沈大	冷光源 老化	1
12	动态心电图系统 型号: BI9800 厂家: 深圳英博	动态心电图导联线 损坏	2
13	数字化血管造影系统 型号: INNOVA 3100-IQ 厂家: GE	KV 控制板、IF 通讯板 维修更换	1
14	皮肤镜图像处理工作站 型号: DRMOSCOPY-2 厂家: 北京德迈特捷康	镜头垫片 消耗	2 盒
15	牙科综合治疗机 型号: FONA-1000E 厂家: 西诺德	手机 损耗	10
16	综合气泵 型号: SKI-ZEW 厂家: 天津亿高	气泵维修 磨损	1

17	全自动血液液体液分析仪 型号：XN-550 厂家：希森美康	穿刺针组件 损坏	1 套
18	全自动凝血分析仪 型号：CS-5100 厂家：希森美康	光源灯泡 老化损坏	2
19	电子下消化道内窥镜 型号：EC-590WM(SN:1C397G161) 厂家：富士	电子下消化道内窥镜十二指肠镜维修	1
20	内窥镜图像处理器 型号：VP-4400（4V396A95） 厂家：富士	内窥镜图像处理器维修 主板老化损坏	1
21	电子下消化道内窥镜 型号：EC-601WM(SN:2CT19G953) 厂家：富士	电子下消化道内窥镜肠镜维修	1
22	内窥镜冷光源 型号：XL-4400（SN：4S082A957） 厂家：日本富士	内窥镜冷光源维修 控制板、气泵组件故障	1
23	手术器械 型号：5X330 型 SJFL-01 厂家：杭州梧桐	双极分离钳 损坏	2
24	便携式多参数监护仪 型号：MEC-2000 厂家：迈瑞	血氧探头 老化损坏	2

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

- 注：1. 合计金额包含运费、税票。
2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2026]WX10 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日
(盖章)